

Référence :**E042**Nom du produit :**MASQUE BARRIERE – CATEGORIE 1. UNS1 – NOIR
2 ELASTIQUES DE MAINTIEN**

Conditionnement : Par 5 (dans une pochette kraft certifiée NF environnement)

Conditionné et distribué par :

Entreprise Adaptée L'Artisanerie
74 bis avenue du Général de Gaulle – CS20096
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 - Fax + 33 (0)2 48 96 72 26
Email : lartisanerie@apei.asso.fr

Fournisseur : CIZETARéférence : MASQUE BARRIERE Catégorie 1 «UNS 1»

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	18/06/2020	Création	Dossier Central	RESPONSABLE QHSE
3	13/07/2023	Modification	Dossier Central	RESPONSABLE QHSE

MASQUE BARRIÈRE

Réutilisable **100 fois**

nouvelle homologation



Catégorie 1
« UNS 1 »

Masque individuel à usage des **professionnels** en contact avec le public + usage **personnel**

3 couches - 3 plis

Norme **AFNOR**
SPEC S76-001:2020



Taille Adulte

Taille Enfant
à partir de 6 ans
& morphologies fines

EFFICACE



- Filtration des particules de 3 µm > **90%**
- Respirabilité > **96 L/m².s⁻¹**

TEXTILE SAIN

Matières certifiées **OEKO-TEX®**
= **sans substances nocives**



3 couches textile :
polyester, coton
et polypropylène.
Contient du latex.

PRATIQUE

Suivi du **nombre de lavages**
à l'arrière de la notice

Premiers 50 lavages : 1 trait puis 2 traits pour les 50 lavages suivants

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50		

+ ÉCONOMIQUE
QU'UN MASQUE JETABLE



Prix de vente TTC

Coût à l'usage :



seulement !

... et + écologique !

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (RP/20-3203/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 50 lavages (rapport IFTH 2020-06-03-053-100) et dont les performances sont les suivantes après 100 lavages : Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%, Perméabilité à l'air (dépression de 100 Pa) : > 96 L/m²/s.

Le masque barrière Cizeta Mask :

- n'est pas d'un dispositif médical, au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux)
- n'est pas un équipement de protection individuelle, au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2)
- n'est pas un substitut au masque normalisé de type FFP1, FFP2 ou FFP3