

<u>Référence :</u> V821	<u>Nom du produit :</u> PANSEMENT AUTO-ADHESIF – CHAIR – 4,5 m x 6 cm
---------------------------------------	---

Conditionnement : Paquet de 2

Conditionné et distribué par : Le Verdier – Entreprise adaptée
540 Avenue Georges Pompidou – BP 2
18200 SAINT-AMAND-MONTROND CEDEX
Tél. + 33 (0)2 48 61 50 90 - Fax + 33 (0)2 48 61 50 99

Fournisseur : FARMOR

Référence : PAN 6405 CH

Version	Date	Historique des modifications	Rédaction	Approbation
1	19/07/2019	Création	Dossier Central	Responsable QHSE
2	11/03/2026	Mise à jour	Dossier Central	Responsable QHSE



Protectaplast foam bandage 6 cm x 4.5m

Gamme Spécifiques

ARTICLE

DESCRIPTION

- . Auto-adhésif, ils ne collent pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils
- . Flexibles et extensibles, ils s'adaptent parfaitement aux mouvements
- . Sans adhésif & sans latex
- . Poreux : laissent respirer et transpirer la peau
- . Absorbant pour sang et autres liquides
- . Waterproof : résistant à l'eau et aux corps gras
- . Peuvent être utilisés avec des crèmes ou avec les mains mouillées
- . Peuvent s'utiliser sous des gants
- . Arrêtent les saignements, protègent la plaie
- . Faciles à déchirer sur mesure
- . Conviennent aussi pour la fixation des compresse

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

- Déchirer la taille nécessaire
- Recouvrir la plaie
- Bien serrer le pansement
- En cas de saignement important, appliquer plusieurs couches



EMBALLAGE

Emballé individuellement en boîte carton.

Peut réassortir notre distributeur mural, référence DIS 9250 PA

REFERENCE : **PAN 6405 CH** 4.5m x 6cm

BASIC UDI-DI : 5430000726337

Gencod : 5430000726337

Existe aussi en bleu, pour
le milieu Agro-alimentaire



Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

DECLARATION OF CONFORMITY

Regulation on Medical Devices (EU) 2017/745

This EU Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of OMC NV

1) Manufacturer

OMC Nv
Evolis 100
8500 Kortrijk
Belgium
 SRN: Not assigned yet

2) Product(s)

- DETECTAPLAST® foam bandages
 - PROTECTAPLAST® foam bandages
- see appendix*

3) The product(s) described above is/ are in conformity with:

<u>Title</u>	
Medical Device Regulation	2017/745

4) Additional information

Conformity assessment procedure for CE marking: Medical Device Regulation, Annex V

Registration nr.: BE/CA01/1-12881-MMD-00001

Product standards:

- ISO 10993-1
- ISO 10993-5
- ISO 10993-7
- ISO 10993-10
- ISO 10993-12
- ISO 14644-3,4

Kortrijk, 2024/01/01

Wouter Jacobs, Director



Appendix

Date: 2024-01-01

List of devices.

Device name	Type/ model/ref number	Risk class / rule ¹	UDI-DI
DETECTAPLAST FOAM BANDAGE 6CMX4.5M	5500	Class I/ rule 4	5430000726320
DETECTAPLAST FOAM BANDAGE 3CMX4.5M	5501	Class I/ rule 4	5430000726603
DETECTAPLAST FOAM BANDAGE 6CMX1M	5502	Class I/ rule 4	5430000726610
PROTECTAPLAST FOAM BANDAGE 6CMX4.5M	5510	Class I/ rule 4	5430000726337
PROTECTAPLAST FOAM BANDAGE 3CMX4.5M	5511	Class I/ rule 4	5430000726962
PROTECTALAST FOAM BANDAGE 6CMX1M	5512	Class I/ rule 4	5407006140047